




## Wide Footrest (24 in. wide) 9A337001

[English](#)  
[Español](#)  
[Français](#)

**Applies to Models:**  
*230*

**Special Tools:**  
*none*



# Set Up / User Guide


# Product Information

**Dealer:**

**Date of Purchase:**

**Model / Serial Number:**

**Midmark Authorized Service Company:**



# Table of Contents

**Important Information**

Product Information ..... 2

Product Registration ..... 4

Transportation / Storage Conditions ..... 4

Operating Conditions ..... 4

Disposal of Equipment ..... 4

Authorized Representatives ..... 4

Important Information ..... 6

Intended Use ..... 7

Restrictions ..... 7

Safety Instructions ..... 7

**Set Up**

Set Up Instructions ..... 8

**Operation**

Operating Instructions ..... 10

**Maintenance**

Calling for Service ..... 11

Cleaning ..... 11

Periodic Maintenance ..... 11

**Warranty Information**

Limited Warranty ..... 12

## Product Registration



SCAN ME

## Transportation / Storage Conditions

Ambient Temperature Range:.....+5°C to +38°C (+41°F to +100°F)  
Relative Humidity.....10% to 90% (non-condensing)  
Atmospheric Pressure .....500hPa to 1060hPa (0.49atm to 1.05atm)

## Operating Conditions

Ambient Temperature Range:.....+10°C to +40°C (+50°F to +104°F)  
Relative Humidity.....30% to 75% (non-condensing)  
Altitude.....3000m or less

## Disposal of Equipment

At the end of product life, the chair, accessories, and other consumable goods may have become contaminated due to normal medical use. Consult local codes and ordinances for proper disposal of equipment, accessories and other consumable goods.

## Authorized Representatives



### **WARNING**

*In the event of any serious incident in relation to the device, please contact Midmark and the appropriate competent authority.*

Customers in Australia should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Sponsor listed below.

ICONA Pty Ltd.  
1A/2A Westall Road  
Clayton, Victoria 3168  
Phone: 1300 442 662

Customers in India should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Midmark India  
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)  
Mumbai, 400022  
Tel:+91 22 4915 3000  
Fax:+91 22 4915 3100

## ***Authorized Representatives - continued***

Customers in Saudi Arabia should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Attieh Medico Ltd  
Abdullah M. Al Khalifi Street  
Al Nakheel Dist. II  
P.O. Box 116105  
Jeddah (East)  
21391  
Saudi Arabia  
Tel: + 966 2 286 4707  
Fax: + 966 2 286 4744

Customers in the United Arab Emirates should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

GULF DRUG LLC.  
Al Barsha,  
Dubai, UAE  
Phone: +971 4 501 4000  
Fax: +971 4 501 4100

Customers in Hong Kong should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

沒有中文版使用說明

Associated Medical Supplies Company LTD.  
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center  
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin  
New Territories, Hong Kong  
Phone: +852 2604 9389  
fax: +852 2694 0866

Customers in Qatar should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Tadmur Trading  
Midmac Roundabout  
Opposite Al Mana Petrol Station  
Doha, Qatar  
Tel: +974.44337000  
Fax: +974.44337100

Customers in Israel should direct all questions, incidents and complaints to the Midmark Authorized Representative listed below.

Medtechnica Ltd.  
HaTnufa St 7  
Petah Tikva, Israel  
Tel: +972 3.925.4040  
Fax: +972 3.924.9977

# Important Information - Safety Symbols



**WARNING**  
*Indicates a potentially hazardous situation which could result in serious injury.*



**Caution**  
*Indicates a potentially hazardous situation which may result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices*



**Equipment Alert**  
*Indicates a potentially hazardous situation which could result in equipment damage.*

**Note**  
*Amplifies a procedure, practice or condition.*

## Symbol Glossary



Fragile



Keep dry



Manufacturer



Serial Number



Catalogue Number

## ***Intended Use***

To provide added support under the patient's feet.

## ***Restrictions***

Chair stirrups must be removed. Cannot be used in conjunction with Caster Base 9A330.

## ***Safety Instructions***



### ***WARNING***

*No modification of this equipment is allowed.*




### ***WARNING***

*Do not sit on Footrest.*

# Set Up

## **Restrictions:**


*Chair stirrups must be removed.  
Cannot be used in conjunction with:  
Caster Base 9A330*



- A) Remove footrest upholstery.
- B) Remove mounting board.
- C) Remove screw, then pivot stirrup cover downward.
- D) Remove stop screw.
- E) Remove stirrup and guide. (Repeat for other side)
- F) Move stirrup covers back into place, then install screws.



## Set Up - continued




*G) Install mounting board.*

*H) Install upholstery.*

# Operation

## **Restrictions:**

*Chair stirrups must be removed.  
Cannot be used in conjunction with:  
Caster Base 9A330*



# Maintenance

## Calling for Service

### Note

*Model / serial number information is required when calling for service.*

If service is required, contact Midmark directly:

US 844.856.1230 / Canada 937.526.8585

Monday-Thursday 8:00 AM until 6:00 PM Friday 8:00 AM until 5:00 PM (ET)

[midmark.com](http://midmark.com)

## Cleaning



### Equipment Alert

*The Footrest is resistant to most medicinal-type stains, but may be damaged by solvents and dyes. Immediately remove any fluids spilled on the Footrest.*

### Footrest Pad

Wash your footrest weekly with a mild liquid soap and water mixture, rinse with clear water and dry completely to remove disinfection cleaner build-up.

Disinfect your footrest with a solution of standard bleach and water mixed 1 in 10 (10%) or chlorine based cleaners. Follow this with a clear water rinse and thorough drying of material. See current CDC Guideline for Disinfection & Sterilization in Healthcare Facilities.

To minimize damage caused by disinfectant cleaner residue build-up, do not allow disinfectants to pool on the footrest surface. Once the approved contact time has been obtained, remove and dry excess liquid remaining on the surface.

Detailed care and maintenance instructions are included with your product. This information is also available on [midmark.com](http://midmark.com) in the Technical library under the User Information tab for your product.

### Painted Metal / Plastic Surfaces

Clean the painted metal and plastic surfaces weekly using a clean soft cloth and mild cleaner.

## Periodic Maintenance

Periodically inspect the following areas:

- All fasteners should be in place and tightened securely.
- All mechanical functions should operate properly.

# Warranty Information



# Warranty Registration



***Notes:***

**Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1.800.643.6275

1.937.526.3662

[midmark.com](http://midmark.com)






## Reposapiés ancho (24 pulgadas de anchura) 9A337001

[English](#)  
[Español](#)  
[Français](#)

**Se aplica a los modelos:**  
230

**Herramientas especiales:**  
*ninguna*



## Guía de montaje; guía del usuario

003-10399-99

© Midmark Corporation 2020  
TP202 20-42-FO-00014 Rev A2 C2169


# Información del producto

**Distribuidor:**

**Fecha de compra:**

**Modelo/número de serie:**

**Servicio técnico autorizado  
por Midmark:**





# Índice

## **Información importante**

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| <u>Información del producto</u> .....                 | 2 |
| <u>Registro del producto</u> .....                    | 4 |
| <u>Condiciones de transporte/almacenamiento</u> ..... | 4 |
| <u>Condiciones de funcionamiento</u> .....            | 4 |
| <u>Eliminación del equipo</u> .....                   | 4 |
| <u>Representantes autorizados</u> .....               | 4 |
| <u>Información importante</u> .....                   | 6 |
| <u>Uso previsto</u> .....                             | 7 |
| <u>Restricciones</u> .....                            | 7 |
| <u>Instrucciones de seguridad</u> .....               | 7 |

## **Montaje**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <u>Instrucciones de montaje</u> ..... | 8 |
|---------------------------------------|---|

## **Funcionamiento**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <u>Instrucciones de funcionamiento</u> ..... | 10 |
|----------------------------------------------|----|

## **Mantenimiento**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <u>Cómo contactar con el servicio técnico</u> ..... | 11 |
| <u>Limpieza</u> .....                               | 11 |
| <u>Mantenimiento preventivo</u> .....               | 11 |

## **Información sobre la garantía**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <u>Garantía limitada</u> ..... | 12 |
|--------------------------------|----|

## Registro del producto



## Condiciones de transporte/almacenamiento

Rango de temperatura ambiente:.....De +5 °C a +38 °C (de +41 °F a +100 °F)  
Humedad relativa .....de 10 % a 90 % (sin condensación)  
Presión atmosférica.....500 hPa a 1060 hPa (0.49 atm a 1.05 atm)

## Condiciones de funcionamiento

Rango de temperatura ambiente:.....De +10 °C a +40 °C (de +50 °F a +104 °F)  
Humedad relativa .....de 30 % a 75 % (sin condensación)  
Altitud.....3 000 m o menos

## Eliminación del equipo

Al final del ciclo de vida del producto, tanto la silla como sus accesorios y otros consumibles podrían estar contaminados por efecto de su uso habitual. Consulte las normativas y los códigos locales para la correcta eliminación de los equipos, los accesorios y otros productos consumibles.

## Representantes autorizados



### **ADVERTENCIA**

*En caso de incidentes graves relacionados con el dispositivo, contacte con Midmark y con las autoridades competentes apropiadas.*

Los clientes de Australia deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al patrocinador de Midmark que se indica a continuación.

ICONA Pty Ltd.  
1A/2A Westall Road  
Clayton, Victoria 3168  
Teléfono: 1300 442 662

Los clientes de la India deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Midmark India  
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)  
Mumbai, 400022  
Tel.: +91 22 4915 3000  
Fax: +91 22 4915 3100

## ***Representantes autorizados (continuación)***

Los clientes de Arabia Saudí deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Attieh Medico Ltd  
Abdullah M. Al Khalifi Street  
Al Nakheel Dist. II  
P.O. Box 116105  
Jeddah (East)  
21391  
Arabia Saudí  
Tel.: + 966 2 286 4707  
Fax: + 966 2 286 4744

Los clientes de los Emiratos Árabes Unidos deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

GULF DRUG LLC.  
Al Barsha,  
Dubai, UAE  
Tel: +971 4 501 4000  
Fax: +971 4 501 4100

Los clientes de Hong Kong deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

沒有中文版使用說明

Associated Medical Supplies Company LTD.  
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center  
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin  
New Territories, Hong Kong  
Tel: +852 2604 9389  
Fax: +852 2694 0866

Los clientes de Catar deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Tadmur Trading  
Midmac Roundabout  
Opposite Al Mana Petrol Station  
Doha, Qatar  
Tel.: +974.44337000  
Fax: +974.44337100

Los clientes de Israel deben dirigir todas sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación.

Medtechnica Ltd.  
HaTnufa St 7  
Petaj Tikva, Israel  
Tel.: +972 3.925.4040  
Fax: +972 3.924.9977

# Información importante: símbolos de seguridad



**ADVERTENCIA**  
*Indica una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar lesiones graves.*




**Precaución**  
*Indica una situación potencialmente peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o moderadas. También puede usarse para alertar contra prácticas peligrosas.*



**Advertencia sobre el equipo**  
*Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños en el equipo.*

**Nota**  
*Desarrolla un procedimiento, una práctica o una condición.*

## Glosario de símbolos



## ***Uso previsto***

Ofrecer un apoyo adicional debajo de los pies del paciente.

## ***Restricciones***

Se deben quitar los estribos de la silla. No se puede utilizar junto con la base de ruedas 9A330.

## ***Instrucciones de seguridad***



### **ADVERTENCIA**

*No se permite la modificación de este equipo.*




### **ADVERTENCIA**

*No se sienta en el reposapiés.*

# Montaje


## **Restricciones:**

Se deben quitar los estribos de la silla.  
No se puede utilizar junto con: Base de  
ruedas 9A330



- A) Retire la tapicería del reposapiés.
- B) Retire la placa de montaje.
- C) Retire el tornillo y luego gire la cubierta del estribo hacia abajo.
- D) Retire el tornillo limitador.
- E) Retire el estribo y la guía. (Repita el procedimiento en el otro lado)
- F) Vuelva a colocar las cubiertas de los estribos en su lugar y luego coloque los tornillos.

## Montaje (continuación)




G) Instale la placa de montaje.

H) Coloque la tapicería.

# Funcionamiento

## **Restricciones:**

*Se deben quitar los estribos de la silla.  
No se puede utilizar junto con: Base de  
ruedas 9A330*





# Mantenimiento

## Cómo contactar con el servicio técnico

### Nota

*Cuando llame para solicitar asistencia técnica deberá indicar el modelo y el número de serie.*

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585, de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

[midmark.com](http://midmark.com)

## Limpieza



### Advertencia sobre el equipo

*El reposapiés es resistente a la mayoría de las manchas que pueden producirse con el uso médico, pero puede dañarse si se derraman tintes o disolventes sobre él. Debe retirar inmediatamente los líquidos que se derramen sobre el reposapiés.*

### Almohadilla del reposapiés

Lave el reposapiés todas las semanas utilizando una mezcla de jabón líquido suave y agua, enjuáguelo con agua limpia y seque toda la superficie para eliminar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador.

Desinfecte el reposapiés utilizando una disolución de 1 parte de lejía común por 10 de agua (10 %) o limpiadores basados en cloro. A continuación, aclare con agua limpia y seque a fondo el material. Véanse las Directrices vigentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para la desinfección y esterilización en centros sanitarios.

Para reducir al mínimo los daños provocados por la acumulación de residuos del desinfectante, no deje que estos se acumulen en la superficie del reposapiés. Una vez transcurrido el tiempo de contacto aprobado, retire y seque el exceso de líquido que quede en la superficie.

Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en [midmark.com](http://midmark.com) en la biblioteca técnica situada en el apartado «Información del usuario» de su producto.

### Superficies de metal o plástico pintadas

Limpie semanalmente las superficies de metal o plástico pintadas pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves.

## Mantenimiento preventivo

Revisión periódica de las siguientes áreas:

- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

# Información de garantía



# Registro de garantía



## **Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 EE. UU.

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

[midmark.com](http://midmark.com)






## Repose-pieds large (61 cm/24 po de large) 9A337001

[English](#)  
[Español](#)  
[Français](#)

**Modèles concernés :**  
230

**Outils spéciaux :**  
*aucun*



## Guide d'installation/ Guide de l'utilisateur

003-10399-99


# Informations sur le produit

**Distributeur :**

**Date d'acquisition :**

**Numéro de modèle/série :**

**Société de service technique  
agrée Midmark :**



# Table des matières

## **Renseignements importants**

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <u>Informations sur le produit</u> .....      | 2 |
| <u>Enregistrement du produit</u> .....        | 4 |
| <u>Conditions de transport/stockage</u> ..... | 4 |
| <u>Conditions d'utilisation</u> .....         | 4 |
| <u>Mise au rebut de l'équipement</u> .....    | 4 |
| <u>Représentants autorisés</u> .....          | 4 |
| <u>Renseignements importants</u> .....        | 6 |
| <u>Utilisation prévue</u> .....               | 7 |
| <u>Restrictions</u> .....                     | 7 |
| <u>Consignes de sécurité</u> .....            | 7 |

## **Guide d'installation**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <u>Consignes d'installation</u> ..... | 8 |
|---------------------------------------|---|

## **Fonctionnement**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <u>Mode d'emploi</u> ..... | 10 |
|----------------------------|----|

## **Entretien**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <u>Service technique</u> .....   | 11 |
| <u>Nettoyage</u> .....           | 11 |
| <u>Entretien préventif</u> ..... | 11 |

## **Renseignements sur la garantie**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <u>Garantie limitée</u> ..... | 12 |
|-------------------------------|----|

## Enregistrement du produit



## Conditions de transport/stockage

Plage de températures ambiantes : .....De +5 °C à +38 °C (+41 °F à +100 °F)  
Humidité relative.....de 10 % à 90 % (sans condensation)  
Pression atmosphérique.....de 500 hPa à 1 060 hPa (0,49 atm à 1,05 atm)

## Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes : .....De +10 °C à +40 °C (de +50 °F à +104 °F)  
Humidité relative.....de 30 % à 75 % (sans condensation)  
Altitude.....inférieure ou égale à 3 000 m

## Mise au rebut de l'équipement

À la fin de la durée de vie du produit, le fauteuil, les accessoires et autres fournitures peuvent avoir été contaminés dans le cadre d'une utilisation médicale normale. Consultez les codes et les arrêtés locaux pour vous renseigner sur la mise au rebut appropriée de l'équipement, des accessoires et autres fournitures.

## Représentants autorisés



### **AVERTISSEMENT**

*En cas d'incident grave en rapport avec le dispositif, veuillez contacter  
Midmark et l'autorité compétente appropriée.*

En Australie, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

ICONA Pty Ltd.  
1A/2A Westall Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tél. : 1300 442 662

En Inde, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Midmark India  
Kalpataru Point, Unit No. 12, 1st Floor Kamani road, Sion (E)  
Mumbai, 400022  
Tél. : +91 22 4915 3000  
Fax : +91 22 4915 3100

## ***Représentants autorisés - suite***

En Arabie saoudite, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Attieh Medico Ltd  
Abdullah M. Al Khalifi Street  
Al Nakheel Dist. II  
P.O. Box 116105  
Jeddah (East)  
21391  
Arabie saoudite  
Tél. : + 966 2 286 4707  
Fax : + 966 2 286 4744

Aux Émirats arabes unis, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

GULF DRUG LLC.  
Al Barsha,  
Dubai, EAU  
Tél. : +971 4 501 4000  
Fax : +971 4 501 4100

À Hong Kong, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

沒有中文版使用說明

Associated Medical Supplies Company LTD.  
Room 1201-1202, 12/F, Fo Tan Industrial Center  
26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin  
New Territories, Hong Kong  
Tél. : +85226049389  
Fax : +852 2694 0866

Au Qatar, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Tadmur Trading  
Midmac Roundabout  
Opposite Al Mana Petrol Station  
Doha, Qatar  
Tél. : +974.44337000  
Fax : +974.44337100

En Israël, tous les problèmes, plaintes ou questions des clients doivent être adressés au représentant autorisé de Midmark indiqué ci-dessous.

Medtechnica Ltd.  
7 rue HaTnufa  
Petah Tikva, Israël  
Tél. : +972 3.925.4040  
Fax : +972 3.924.9977



# Renseignements importants - Symboles de sécurité



**AVERTISSEMENT**  
*Signale un danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves.*



**Attention**  
*Signale un danger potentiel qui risque d'entraîner des blessures modérées ou mineures. Il peut également servir à signaler à l'utilisateur des pratiques dangereuses.*



**Avertissement concernant l'équipement**  
*Signale un danger potentiel qui pourrait endommager l'équipement.*

**Remarque**  
*Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.*

## Glossaire des symboles

|                                                                                   |           |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Fragile   |  | Conserver au sec    |
|  | Fabricant |  | Numéro de série     |
|                                                                                   |           |  | Numéro de catalogue |

## ***Utilisation prévue***

Fournir un support supplémentaire sous les pieds du patient.

## ***Restrictions***

Les étriers de fauteuil doivent être ôtés. Ne peut pas être utilisé avec le support à roulettes 9A330.

## ***Consignes de sécurité***



### ***AVERTISSEMENT***

*Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.*




### ***AVERTISSEMENT***

*Ne pas s'asseoir sur le repose-pieds.*

# Guide d'installation


## **Restrictions :**

Les étriers de fauteuil doivent être ôtés.  
Ne peut pas être utilisé avec : support à  
roulettes 9A330



- A) Retirez la garniture du repose-pieds.
- B) Retirez la plaque de montage.
- C) Retirez la vis, puis faites pivoter le cache de l'étrier vers le bas.
- D) Retirez la vis d'arrêt.
- E) Retirez l'étrier et le guide. (Répétez la procédure de l'autre côté)
- F) Remettez les caches de l'étrier en place, puis installez les vis.

## Guide d'installation - suite




*G) Installez la plaque de montage.*

*H) Installez la garniture.*

# Fonctionnement

## **Restrictions :**

*Les étriers de fauteuil doivent être ôtés.  
Ne peut pas être utilisé avec : support à  
roulettes 9A330*



# Entretien

## Service technique

### Remarque

*Il faut préciser le numéro de modèle/série lors de la prise de contact avec le service technique.*

Si une réparation est nécessaire, contacter un revendeur Midmark agréé.

Si un entretien est nécessaire, contactez Midmark directement :

É.-U. 844.856.1230 / Canada 937.526.8585 Du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h et  
le vendredi de 8 h à 17 h (HE)

[midmark.com](http://midmark.com)

## Nettoyage



### Avertissement concernant l'équipement

*Le repose-pieds résiste à la plupart des taches d'origine médicale, mais risque d'être endommagée par les solvants et les teintures. Essuyez immédiatement tout liquide renversé sur le repose-pieds.*

### Coussin de repose-pieds

Lavez le repose-pieds toutes les semaines avec un mélange de savon doux liquide et d'eau, rincez à l'eau claire et séchez complètement pour éviter l'accumulation de nettoyant désinfectant.

Désinfectez le repose-pieds avec une solution d'eau de javel standard et d'eau mélangée dans un rapport de 1 à 10 (10 %) ou de nettoyants à base de chlore. Rincez ensuite à l'eau claire et séchez soigneusement le matériel. Reportez-vous à la directive actuelle de désinfection et de stérilisation dans les centres de santé des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Pour limiter le danger dû à l'accumulation de nettoyant désinfectant résiduaire, empêchez les désinfectants de se regrouper à la surface du repose-pieds. Une fois le temps de contact requis passé, retirez et séchez l'excédent de liquide restant sur la surface.

Votre produit est livré avec un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien. Ces informations sont également disponibles sur [midmark.com](http://midmark.com) dans la bibliothèque technique, sous l'onglet Assistance pour votre produit.

### Surfaces en métal/plastique peintes

Chaque semaine, nettoyer les surfaces en métal et en plastique peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux.

## Entretien préventif

Examiner périodiquement les zones suivantes :

- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Toutes les fonctions mécaniques doivent fonctionner correctement.

## Information sur la garantie



## Enregistrement de la garantie



## **Midmark Corporation**

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 États-Unis

1.800.643.6275

+1.937.526.3662

[midmark.com](http://midmark.com)

