


Kurzanleitung – Elevance-Dentalsystem und -Stuhl

Softwareversionen v1.3.x & v2.0.x



Verwendung der Steuerbildschirme der intelligenten Handstücke: Luftturbine im Normalmodus Im Normalmodus: Durch Drücken von △ ▽ die aktive Vorgabe ändern, sofern gewünscht. Luftturbine Prog 1 Mit \(\) wird die aktive Einstellung geändert. Air-Laufwerk 40_{PSI} Durch Drücken von wird zwischen dem Normal- und dem Editiermodus umgeschaltet. Wasser 100% Im Editiermodus: Die aktiven Reglerelemente werden durch Hilfsanzeigen und (Bildschirm nicht Hervorheben angezeigt. Luft 100% abgebildet) Durch Drücken von △ ▽ wird eine andere Reglereinstellung als aktiv Benutzer A Wasser: Normal

Wird angezeigt, wenn ein Handstück einer Luftturbine herausgezogen wird.

Aktive Reglerelemente: Vorgabename und Wassereinstellung.


Mit \triangleleft wird die aktive (hervorgehobene) Einstellung geändert. Wenn die automatische Speicherung EINGESCHALTET ist, werden auf dem Bildschirm vorgenommene Änderungen automatisch für die angezeigte Vorgabe gespeichert. Eine Beschreibung, wie die automatische Speicherung ein-/ausgeschaltet wird, finden Sie in den Benutzereinstellungen.

Das Fußpedal betätigen, um ein herausgezogenes Handstück zu betreiben.

Den Wasserstatus auf den Bildschirmen überwachen. Mit 🚀 die Wasserzufuhr auf "Normal" (Steuerung über den Wahlschalter am Fußpedal) oder auf "Ein" schalten.


Speicherung von Reglereinstellungen, wenn die automatische Speicherung der Vorgaben ausgeschaltet ist


- A. Drücken Sie 🗸 und halten Sie diese Taste gedrückt (2 Sekunden), während die Nummer der Vorgabe zur Eingabeaufforderung Speichern? (wechselt.
- B. Unten auf dem Bildschirm blinkt eine Meldung mit der Anzeige "Einstellungen gespeichert" auf, dann kehrt die Anzeige zum normalen Modus zurück.
- C. Wenn Sie die geänderten Einstellungen nicht speichern, blinkt die Eingabeaufforderung Speichern? (✓) weiterhin.



Hinweis:

Die Standardoption ist die automatische Speicherung der Vorgaben, das heißt, sobald Sie eine Einstellung verändern, wird diese als aktive Vorgabe für den aktiven Benutzer gespeichert. Schalten Sie diese Option im Menü "Konfiguration" EIN oder AUS.







Wird angezeigt, wenn ein Fehler erkannt wird. Die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Wenn sich der Fehler nur auf ein spezifisches Handstück bezieht, sollte die Funktion der anderen Softwareversionen Handstücke nicht beeinträchtigt sein.

v1.3.x & v2.0.x